

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM

„DODÁVKA LABORATORNÍHO VYBAVENÍ PRO LABORATOŘ ÚPRAVY A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VZORKŮ“

Dodatečná informace č. 3

Zadavatel: **Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.**

Zakázka s názvem: „DODÁVKA LABORATORNÍHO VYBAVENÍ PRO LABORATOŘ ÚPRAVY A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VZORKŮ“

Zadavateli byla doručena žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám k výše uvedené zakázce.

dotaz č. 3

Prosím moc o doplňující informaci.

Vypisujete výběrové řízení na dodání 2 ks analytických vah s váživostí od 200-250g – s přesností 0,0001g.

Požadujete 2 ks stejných vah, nebo se mohou odlišovat značkou výrobce při stejných parametrech?

Moc děkuji za informaci.

S pozdravem a přáním úspěšného dne / Best regards

Odpověď:

Váhy mohou být i od různých výrobců, při zachování stejných parametrů.

V Praze dne 4. 8. 2015

Ústav struktury
a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i
V Holešovičkách 41
182 09 Praha 8

.....
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI