



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM

„DODÁVKA LABORATORNÍHO VYBAVENÍ PRO LABORATOŘ ÚPRAVY A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VZORKŮ“

„DODÁVKA MUFLOVÉ PECE“

Dodatečná informace č. 1

Zadavatel: **Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.**

Zakázka s názvem: **„Dodávka laboratorního vybavení pro laboratoř úpravy a základní charakteristiky vzorků – dodávka muflové pece“**

Zadavateli byla doručena žádost o dodatečnou informaci k podmínkám výběrového řízení k výše uvedené zakázce. V souladu s podmínkami zadávací dokumentace, poskytuje zadavatel následující dodatečnou informaci k dotazům uchazeče.

dotaz č. 1

Dobrý den,

na základě doručení veřejné zakázky s názvem: dodávka muflové pece, 1 ks, prosím o zaslání doplňujících údajů:

1) - jaký požadujete regulátor

- a) jednoduchý (náběh teploty, výdrž, ukončení)
- b) programovatelný (20x: náběr, výdrž na dané teplotě, pokles, zvýšení teploty, výdrž.. atd)

2) je opravdu nutné osobní zaškolení obsluhy, když se pec pouze tlačítkem zapne a zadá se tlačítkem teplota ve °C ?

To je vše, co se s pecí provádí.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

- 1) Zadavatel požaduje programovatelný regulátor, který umožňuje vytvořit teplotní program o nejméně deseti úsecích. Úsekem je rozuměna časová vzdálenost mezi dvěma teplotami, během něhož mohou teploty vzrůst, klesnout nebo zůstat na stejné hodnotě.

- 2) Osobní zaškolení obsluhy Dodávky proběhne pouze na přímé vyžádání po instalaci Dodávky.



.....
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
v.z. Mgr. Tomáš Biem